



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СN.ИМ32.Н00572

Срок действия с 21.06.2015 по 20.06.2018

№ 1878993

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ИМ32.000 "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА". 101990, Россия, город Москва, Армянский переулк, дом 9, строение 1, тел. (495)201-05-00, факс (495)201-05-00, E-mail info@ckcert.ru.

ПРОДУКЦИЯ Зонды для отбора и обработки биологических проб для лабораторных исследований стерильные и нестерильные (см. приложение бл. № 0960887). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

94 3610

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011,
ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ EN 556-1-2011.

код ТН ВЭД России:

9018 39 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Далиан Ронгбанг Медикал Хелси Девайсез Ко., Лтд. Адрес: Dalian Rongbang Medical Healthy Devices Co., Ltd., Maoyingzi Hamlet, Dalianwan Town, Ganjingzi District, Dalian, China, Китай. Телефон +86-411-87113418, факс +86-411-87113173.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Юникорнмед». ИНН: 7811476788. Адрес: 192019, Россия, г. Санкт-Петербург ул. Мельничная д.18, литера А. Телефон +7 812 702-33-04.

НА ОСНОВАНИИ Протоколов токсикологических испытаний № 2019.015, 2020.015, 2021.015, 2022.015, 2023.015 от 25.05.2015 г., протоколов испытаний № 17.87.015, 17.88.015 от 01.06.2015 г., ФГБУН "НИИ ФХМ" ФМБА России (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИМ33 от 05.09.2012 г.); Регистрационного удостоверения Росздравнадзора РФ № ФСЗ 2012/11835 от 29 марта 2012 года, срок действия не ограничен

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль производится один раз в год. Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: З.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Фролова
подпись

П.В. Фролова
инициалы, фамилия

Эксперт

Сысоева
подпись

И.В. Сысоева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0960887

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.ИМ32.Н00572

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Далиан Ронгбанг Медикал Хелси Девайсез Ко., Лтд. Dalian Rongbang Medical Healthy Devices Co., Ltd., Maoyingzi Hamlet, Dalianwan Town, Ganjingzi District, Dalian, China, Китай	
94 3610 9018 39 000 0	Зонды для отбора и обработки биологических проб для лабораторных исследований стерильные и нестерильные: 1. Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб, в том числе в комплекте с пустой пробиркой. 2. Зонд-щетка медицинский.	



**Руководитель органа
(заместитель руководителя)**

Фролова

подпись

Эксперт

Сысоева

подпись

П.В. Фролова

инициалы, фамилия

И.В. Сысоева

инициалы, фамилия